

SỞ Y TẾ BẮC GIANG
TTYT HUYỆN HIỆP HOÀ
Số: 155 /TTYT-KD

Báo giá lần 1 tháng 12/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hiệp Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất sử dụng cho trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua vật tư, y tế cho đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người nhận báo giá: Nguyễn Thế Huy

- Chức Vụ: Trưởng khoa Dược – TTBYT

- SĐT: 0914.815.481

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà; Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh – Tổ dân phố số 3- Thị trấn Thắng – Hiệp Hoà – Bắc Giang.

- Nhận qua email: ttythiephoa24007@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 11 tháng 12 năm 2024 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2024. ⁽²⁾

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 90 ngày**, kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hóa chất, vật tư chi tiết như sau: (yêu cầu báo giá trọn gói)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/khối lượng
1	Bơm tiêm sử dụng một lần 5 ml	Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bé gây dễ hủy sau khi sử dụng Kim cỡ 23G, 25G Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, TCVN, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014	Cái	70.000
2	Gạc phẫu thuật không dệt	Kích thước : 7,5cmx 7,5 cmx 6 lớp	Miếng	10.000
3	Kim luồn tĩnh mạch các cỡ	Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng bơm thuốc, kim cỡ 20G, 22G, 24G. Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ. Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có 3-4 đường cân quang. [20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; [24G; Ø (0,72 x 19)mm; 20ml/ phút]; TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng khí EO gas	Cái	12.000
4	Que tăm bông lấy dịch âm đạo	Chiệu liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO Gas.	Cái	5.000
5	Dung dịch rửa tay phẫu thuật	Hoạt chất chính: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w); Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride 0,1 % (w/w). Và các thành phần phụ khác.	Lít	60
6	Xét nghiệm ASO	Xét nghiệm ngưng kết nhanh latex để sàng lọc định tính và định lượng bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O (ASO) trong huyết thanh người. Độ nhạy: ≥ 98% ; Độ đặc hiệu: ≥ 97%	Test	100
7	Nước Oxy già	Dung dịch màu đồng chất, có mùi đặc trưng của Hydro Peroxide. Nồng độ 3%. Chai 50ml	Lọ	500

8	Que đê lưới gỗ	Được làm từ gỗ tự nhiên được tiết trùng bằng khí EO. Kính thước: 150mm x 20mm x 2mm	Que	20.000
9	Kim lấy thuốc	Kim các số G18, G20, G23, Vi định kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014 Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE	Cái	30.000
10	Găng sản dài	Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính. Bề dày : min 0,15 mm, chiều dài : 490 ± 10 mm, chiều rộng lòng bàn tay : size 7 (89 ± 5 mm) , size 7,5 (95 ± 5 mm). Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.	Đôi	1.000
11	Dây garo có khóa	Được sử dụng để ngăn chặn dòng chảy của máu trong tĩnh mạch. Chất liệu : nhựa ABS, garo thun đàn hồi tốt, chắc chắn.	Cái	50
12	Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút Rota	Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút Rota trong mẫu phân của người. Độ nhạy tương quan: 100%; Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 97,2% Bảo quản nhiệt độ thường Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC	Test	100
13	Máy đo huyết áp cơ (cả bộ)	Lưu lượng bơm: 20-300mmHg Sai số: ± 3mmHg Hệ thống khí: Bao quấn quanh tay bằng vải có miếng dán khóa, bên trong là ruột hơi làm bằng cao su, có ống hơi và bóp bóng hơi. Tiêu chuẩn: ISO, EC hoặc tương đương.	Bộ	30
14	Que thử nước tiểu 10 thông số	Dùng để đo 10 thông số sinh hóa của nước tiểu xác định định tính hoặc bán định lượng các chất phân tích khác nhau trong nước tiểu: LEU/NIT/URO/PRO/pH/BLO/SG/KET/BIL/GLU Kết quả hiển thị trong vòng 30-120 giây	Test	6.000
15	Huyết thanh mẫu	Bộ 3 lọ, 10 ml/lọ Lọ Anti A chứa kháng thể đơn dòng Anti A Lọ Anti B chứa kháng thể đơn dòng Anti B Lọ Anti a,B chứa kháng thể đơn dòng Anti AB	Bộ	25

		Hiệu giá $\geq 1:256$. Độ đặc hiệu: 100 %			
16	An ti D	Là hỗn hợp của kháng thể đơn dòng lớp IgM và lớp IgG Hiệu giá $\geq 1:256$. Độ đặc hiệu: 100 %	Bộ	15	
17	Bơm tiêm 1ml	Xy lanh dung tích E12 được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Tiêu chuẩn tiệt trùng ISO 11135 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, TCVN, CE;	Cái		12.000
18	Sonde Foley 2 nhánh các số	Chất liệu 100% cao su thiên nhiên có phủ silicon trong lòng. Hai nhánh, các số từ 6 đến 26 Kích thước đầu tip ngắn: 15-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 270mm- 400mm, chiều dài phễu: 40mm. Tiệt trùng bằng khí EO Đóng gói 1 chiếc/ túi Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE	Cái		500
19	Bộ dây truyền dịch kim thường	Dây dẫn: Dài ≥ 1550 mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao. Không chứa độc tố DEHP. Chứng nhận đạt không có chất gây tan huyết. Bàu đếm giọt dung tích ≥ 8.5 ml. - Kim: 21G x 1 1/2", 22G x 1 1/2", 23G x 1 1/2", 22x3/4 và các cỡ khác theo yêu cầu. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O), tiêu chuẩn tiệt trùng ISO 11135 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; TCVN; CE;	Bộ		30.000
20	Ống nghiệm EDTA	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.	Ống		100.000
21	Ống nghiệm Heparin	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống 12x75mm.	Ống		120.000


		Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ ...trừ Li ⁺), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH ₃ và định lượng Alcool trong máu. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.		
22	Găng tay PT tiết trùng	Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su tự nhiên ly tâm hai lần nhằm loại trừ các tạp chất, độc tố và các tác nhân gây dị ứng. Chiều dài: Size 7: 282mm±7mm. Chiều rộng lòng bàn tay Size 7: 89mm±5mm Chiều dày tối thiểu 1 lớp cho các cỡ: min 0.15mm÷0,2mm. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): 80mg±20mg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, đạt TCVN	Đôi	10.000
23	Găng tay khám bệnh các số	Găng tay khám bệnh các số có bột dùng trong y tế. Chiều dài tối thiểu 220mm. Độ dày trung bình 1 lớp tối thiểu 0,08mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, TCVN	Đôi	30.000
24	Kim châm cứu	Số 6 Kích thước: 30 x 40 mm. Đóng gói tiết trùng dạng vi, kim cán bằng đồng	Cái	400.000
25	Nhanh ngải cứu	Được làm từ 100% ngải tự nhiên có độ cháy lâu, không rơi tàn	Cái	3.000
26	Đầu côn vàng	Đầu côn vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP. Thiết kế phù hợp với các loại cây pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây pipet, thành trong không dính nước, đảm bảo dung tích chính xác.	Cái	5.000
27	Nhiệt kế thủy ngân	Dùng để đo nhiệt độ cơ thể.	Cái	300
28	Clip mạch máu Polymer	Độ tương thích cao: với chất liệu Polymer không tiêu Có khóa. Đóng nhanh, hiệu quả, an toàn. Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô, không hấp thụ. Gây nhiễu thấp, an toàn trong: CT, X-quang và MRI Kẹp được mạch máu cỡ: XL 7mm-16mm	Cái	2.000

29	Túi camera	Túi bằng nylon, kích thước khoảng 9cm x 14cm. Dây bằng cotton, ống bằng nylon, kích thước khoảng 18cm x 230cm	Cái	1.000
30	Tay dao mổ điện	Đầu cầm loại 3 chân lưới dao làm bằng thép không gỉ, lưới dao có thể tháo rời	Cái	20
Tổng cộng: 30 danh mục				

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: *cung cấp, vận chuyển vật tư, hóa chất đến tận khoa Dược - VTTBYT của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà.*
3. Thời gian giao hàng dự kiến: sau khoảng 1-5 ngày tính từ thời gian người cung ứng của đơn vị gọi hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán đầu quý này cho quý trước sau khi đơn vị đã nhận đủ các loại giấy tờ cần thiết để phục vụ cho thanh toán.
5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Lưu HS;
- Đăng website đơn vị;



GIÁM ĐỐC
Bs CKII. Vũ Văn Hoàn

Mẫu báo giá

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2024 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.